

Prüfprogramm für Amalgamabscheider über den Abscheidewirkungsgrad nach DIN EN ISO 11143:2008-10

Testdatum: 12/2019

Expert: Hlg

Auftragsgeber: Separatory Amalgamatu Sp. z o.o.
Pulaskiego 21
62-800 Kalisz
Poland

Prüfgegenstand: Alvaley Dental Separator (Surf) Size 1

Wasserdurchfluss während des Testes: 1,5 l/min
Nachspülzeit: 8,5 min

Amalgam Probe: enretec GmbH, Kanalstrasse 17, 16727 Velten, Germany
ISO 11143 Standardprobe
Membran Filter: Satorius 8,0 µm + 3,0 µm + 1,2 µm
Waage: Satorius 522G Ser. No.: LA 620P

Anzahl der durchgeführten Tests: je 3
Dispersionsmittel: Waxit 2ml

Wirkungsgrad des leeren Amalgamabscheiders mit Sammelbehälter der Firma Metasys:

Nr.		Proben Nr.	Chargen Nr.:
1	98,6 %	63	005-08/18
2	98,3 %	60	005-08/18
3	98,4 %	61	005-08/18

Mittelwert: 98,4 %

Wirkungsgrad des leeren Amalgamabscheiders mit Sammelbehälter der Firma enretec:

Nr.		Proben Nr.	Chargen Nr.:
1	98,7 %	64	005-08/18
2	98,5 %	62	005-08/18
3	98,6 %	65	005-08/18

Mittelwert: 98,6 %